

Checklist 8
Lokalen biologie, natuurkunde, scheikunde en kabinetten.
Logboek periodieke controles

School:

Lokaal / kabinet:

Jaar: 20 ...

nr	controlepunt	frequentie	gecontro- leerd op	door (naam en paraaf)	in orde / niet in orde	actie	uitgev. op
1	Lokaal en inrichting						
1.1	Aardlekschakelaar.	jaarlijks					
1.2	Stroefheid vloer						
1.3	Afzuiging zuurkasten			Cap.			
1.4	Afzuigingscapaciteit van het lokaal	jaarlijks		Cap.			
1.5	Zwanenhalzen: controle op verstopping of lekkage	jaarlijks					
2	Veiligheid en bescherming						
2.1	Blusmiddelen (wordt meestal schoolbreed gedaan)	jaarlijks					
2.2	Noodverlichting (wordt meestal schoolbreed gedaan)	vlgs. RIE / brandweer					
2.3	Aanduiding vluchtwegen (wordt meestal schoolbreed gedaan)	vlgs. RIE / brandweer					
2.4	Vrijhouden 2 ^e vluchtweg vanuit pr. lokaal	regelmatig					
2.5	Ontruimingsoefening + evaluatie	jaarlijks					
2.6	Doorspoelen nood-plensdouche ter voorkoming van legionella. <i>zie aparte lijst</i>	vlgs. RIE					
2.7	Capaciteit nood-plensdouche	jaarlijks					

2.8	Controle labjassen	jaarlijks					
2.9	Reinigen labjassen	jaarlijks (minimaal)					
2.10	Beschermbrillen	jaarlijks					
2.11	Haarbescherming/opbindmiddelen	jaarlijks					
2.12	Pipetteerballonnen	jaarlijks					
2.13	Gelaatsscherm	jaarlijks					
2.14	Spatscherm	jaarlijks					
2.13	Doorspoelen oogdouche <i>zie aparte lijst</i>	wekelijks					
2.15	(Evt.)oogspoelflessen controleren (na 2 jaar vervangen!!)	per 3 mnd		Vervangingsdatum			
2.15b	2 ^e kw						
2.15c	3 ^e kw						
2.15d	4 ^e kw						
3	Apparatuur en (practicum)materiaal						
3.1	Elektrische apparatuur op veiligheid volgens NEN 3140	vlgs. RIE. conform NEN3140. De frequentie ligt voor veel binask-apparatuur op ca. 1 x 3 jaar; de bevindingen dienen te worden bijgehouden.					
3.2	Snoeren op zichtbare beschadiging	jaarlijks					
3.3.	Gasslangen: evt. beschadiging en	jaarlijks					
3.4	Gasslangen: controle houdbaarheidsdatum	jaarlijks					
3.5	Glaswerk: controle op beschadigingen en zo nodig vervangen.	regelmatig, min 1x/jr					
4	Chemicaliën						

Doorspoelen nooddouche i.v.m. legionella frequentie vastgesteld volgens RIE : 1 x per

datum	door	datum	door	datum	door

Gasflessen.

Soort gas	Controle beschadiging	Keuring geldig tot	datum	door

Er zijn certificaten aanwezig voor:

- Brandwerendheid verduisteringsgordijnen ja / nee / n.v.t. opmerking:
- Zuurkast ja / nee / n.v.t. opmerking:
- Chemicaliënkasten ja / nee / n.v.t. opmerking: